



Coordenação dos Centros de Especialidades Odontológicas - COCEO

RELATÓRIO TÉCNICO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2020

O segundo retorno da análise técnica do item 01 do Pregão Eletrônico nº 04/2020 empresa **BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP**, referente à Aquisição de equipamentos odontológicos para implantação do novo CEO determina os seguintes questionamentos:

“Para licitação constamos vários opcionais que podem integra ao modelo Prime Flex para atender qual especificação e demanda do profissional Dentista.”

Reafirmo que todas as especificações exigidas precisam ser inclusas/integrantes de acordo com o modelo apresentado e não adaptado, conforme ocorreu em proposta.

“Tais opcionais registradas na ANVISA conforme “FORMULÁRIO DE PETIÇÃO PARA NOTIFICAÇÃO OU CADASTRO DE EQUIPAMENTO” no “...item 3.1.8 Acessórios e Partes que acompanham/integram o equipamento...”, agregam ao equipamento para atender á várias solicitações de ergonomia, biossegurança e produtividade do profissional dentista.”

De acordo com o formulário apresentado, o mesmo não cita que o equipamento é revestido em couro, que possui base de ferro em seu comando, além da ausência de dois sugadores.

Por fim, com base nos dois retornos da empresa e em todos os relatórios técnicos emitidos, onde as informações recebidas foram divergentes, declaro que o item **não encontra-se habilitado**, solicito a desclassificação do mesmo.

Aracaju, 04 de Agosto de 2020.

Erik Vinícius Barros Guedes
Coordenador dos Centros de Especialidades Odontológicas – FUNESA